Maske/Cihaz Uyumluluk Listesi

Türkçe

Bu belge bir maskenin gerekli olduğu durumlarda ResMed'in pozitif solunum yolu basınç cihazları ve maske ayarları ile uyumlu olan maskeleri belirtir. Bu cihazların doğru kullanımı ile ilgili tüm detaylar için lütfen Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.

Not: Her maske her bölgede bulunmamaktadır.

Tam Yüz Maskeleri 1

Cihaz	AcuCare F1-4	AirFit™ F40[4]	AirFit™ F30i[1] / AirFit™ F30i Non Magnetic[1]	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her	AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her/ AirFit™ F20 Non Magnetic	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	X	Yastıklar	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	X	Yastıklar	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
AirSense™ 11	N/V	Yastıklar	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
AirMini™	X	X	X	✓	✓	✓	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Yastıklar	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S /AirCurve™ 10 ST	N/V	Yastıklar	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Yastıklar	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	N/V	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
Lumis™	N/V	Yastıklar[3]	Tam Yüz[3]	Tam Yüz[3]	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Yastıklar	Tam Yüz	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
S9 Escape™	N/V	Yastıklar	Tam Yüz	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	TAM YÜZ	TAM YÜZ
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Yastıklar	N/V	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Yastıklar	N/V	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	N/V	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.	
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.	
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	STANDARD
S8™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	12 cm H2O'da basınç kalibrasyonu gerektirir. Doktorunuza danışın ve kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.	

Cihaz	AcuCare F1-4	AirFit™ F40[4]	AirFit™ F30i[1] / AirFit™ F30i Non Magnetic[1]	AirFit™ F30	AirTouch™ F20 / AirTouch™ F20 for Her	AirFit™ F20 / AirFit™ F20 for Her/ AirFit™ F20 Non Magnetic	AirFit™ F10 / AirFit™ F10 for Her	Mirage™
S8 Escape™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	12 cm H2O'da basınç kalibrasyonu gerektirir. Doktorunuza danışın ve kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.			
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.	
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	TAM YÜZ	TAM YÜZ
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Yastıklar	Tam Yüz	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Yastıklar	Tam Yüz	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	TAM YÜZ	TAM YÜZ
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Yastıklar	Tam Yüz	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	N/V	N/V	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Yastıklar	Tam Yüz	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	N/V	N/V	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	N/V	N/V	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
S9 VPAP™ Tx	N/V	Yastıklar[2]	Tam Yüz[2]	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	N/V
VPAP™ Tx	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	TAM YÜZ	N/V
Stellar™	N/V	N/V	N/V	N/V	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	✓	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V
VS III™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V
Astral™	TAM YÜZ	N/V	N/V	N/V	TAM YÜZ	TAM YÜZ	N/V	N/V

[1] Bu maskeyi CPAP veya iki seviyeli cihazlarla kullanırken SmartStop açıklanan şekilde çalışmayabilir.

[2] PAC ve iVAPS modları hariç. Sadece 4 - 25 cm H2O basınç aralığı için uyumludur.

[3] Bu maske ve cihaz kombinasyonu, basınç, hacim, dakikada ventilasyon, solunum hızı ve varsa alarmların izlenme doğruluğuna yönelik değerlendirmelere dayanarak kullanım açısından güvenli olarak tespit edilmiştir. Özellikle yüksek basınç veya akış durumlarında, performansta küçük değişimler gözlenebilir. Beklenen klinik uygulama gereği, ventilasyon ve alarmların etkililiğinin klinisyen tarafından doğrulanması gerekir.

[4] Bu maske bazı CPAP veya iki seviyeli cihazlarla kullanılırken SmartStart belirtilen şekilde çalışmayabilir.

N/V = Maske bu cihaz için doğrulanmamıştır.

✓ = Uyumlu X = Uyumlu Değil

Tam Yüz Maskeleri 2

Cihaz	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
AirSense™ 11	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz

Cihaz	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
AirMini™	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
Lumis™	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
S9 Escape™	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
AutoSet CS™ 2	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ[1]	TAM YÜZ
AutoSet CS™ (S9)	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
C-Series Tango™	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.					
S7™ Lightweight	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S7 AutoSet Respond™	ULTRA	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIR FULL	MIR FULL
S8™ Auto 25	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Vantage™	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Escape™	12 cm H2O'da basınç kalibrasyonu gerektirir. Doktorunuza danışın ve kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.					
S8 Escape™ II	12 cm H2O'da basınç kalibrasyonu gerektirir. Doktorunuza danışın ve kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 AutoSet Spirit™ II	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
S8 Compact™	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ III ST-A	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ Adapt SV	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ[1]	TAM YÜZ
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
VPAP™ Malibu	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ
VPAP™ Auto 25	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
Auto 25 (S9)	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
VPAP™ S / VPAP™ ST	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL	MIR FULL
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz
S9 VPAP™ Tx	N/V	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz	Tam Yüz

Cihaz	Mirage Series 2	Ultra Mirage™	Mirage Quattro™	Quattro™ FX / Quattro™ FX for Her Quattro™ Air / Quattro™ Air for Her	Mirage Liberty™	Hospital Full Face
VPAP™ Tx	N/V	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ
Stellar™	N/V	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
VS III™	N/V	✓	✓	N/V	✓	✓
Astral™	N/V	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ	TAM YÜZ

Burun Maskeleri 1

Cihaz	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i[1] / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	X	Burun
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	X	Burun
AirSense™ 11	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	N/V	Burun
AirMini™	✓	X	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
AirCurve™ 10 CS Pacewave	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	X	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
Lumis™	X	Yastıklar[3]	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
S9 Escape™	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
AutoSet CS™ 2	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA[1]	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	X	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
C-Series Tango™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.			
S7™ Lightweight	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.			
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S7 AutoSet Respond™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Escape™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	12 cm H2O'da basınç kalibrasyonu gerektirir. Doktorunuza danışın ve kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.					
S8 Escape™ II	X	N/V	N/V	12 cm H2O'da basınç kalibrasyonu gerektirir. Doktorunuza danışın ve kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
S8 Compact™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V

Cihaz	AirFit™ N30 for AirMini	AirFit™ N30i[1] / AirFit™ N30	AirFit™ N20 Classic	AirFit™ N20 / AirFit™ N20 for Her	AirTouch™ N20 / AirTouch™ N20 for Her	AirFit™ N10 / AirFit™ N10 for Her	Swift™ FX Nano / Swift™ FX Nano for Her	Mirage™ FX / Mirage FX™ for Her	Mirage Activa™ LT	Mirage™ SoftGel	Hospital Nasal
VPAP™ III ST-A	X	N/V	N/V	N/V	N/V	MIRAGE	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	VISTA[1]	ACTIVA	ACTIVA	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
VPAP™ Malibu	X	N/V	N/V	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	VISTA[1]	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
Auto 25 (S9)	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
VPAP™ S / VPAP™ ST	X	N/V	N/V	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	STANDARD	ACTIVA	ACTIVA	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
VPAP™ ST-A (S9)	X	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	X	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
S9 VPAP™ Tx	X	Yastıklar[2]	N/V	Yastıklar	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Burun	Burun	Burun	Burun
VPAP™ Tx	X	N/V	N/V	N/V	N/V	YASTIKLAR	YASTIKLAR	BURUN	BURUN	BURUN	BURUN
Stellar™	X	N/V	YASTIKLAR	YASTIKLAR	YASTIKLAR	YASTIKLAR[1]	YASTIKLAR[1]	BURUN	BURUN	BURUN	BURUN
VS Ultra™ / VS Integra™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	✓	N/V	✓
Astral™	X	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	N/V	N/V	Burun	N/V	Burun	Burun

[1] Bu maskeyi CPAP veya iki seviyeli cihazlarla kullanırken SmartStop açıklanan şekilde çalışmayabilir.

[2] PAC ve iVAPS modları hariç. Sadece 4 - 25 cm H2O basınç aralığı için uyumludur.

[3] Bu maske ve cihaz kombinasyonu, basınç, hacim, dakikada ventilasyon, solunum hızı ve varsa alarmların izlenme doğruluğuna yönelik değerlendirmelere dayanarak kullanım açısından güvenli olarak tespit edilmiştir. Özellikle yüksek basınç veya akış durumlarında, performansta küçük değişimler gözlenebilir. Beklenen klinik uygulama gereği, ventilasyon ve alarmların etkililiğinin klinisyen tarafından doğrulanması gerekir.

N/V = Maske bu cihaz için doğrulanmamıştır.

✓ = Uyumlu X = Uyumlu Değil

Burun Maskeleri 2

Cihaz	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	Pediatrik	X	X	X	X	N/V	X	N/V	N/V	X
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	N/V	X	X	X	X	N/V	X	N/V	N/V	X
AirSense™ 11	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AirMini™	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun	N/V	Burun	N/V	N/V	Burun
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun	N/V	Burun	N/V	N/V	Burun
AirCurve™ 10 CS Pacewave	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun	N/V	Burun	N/V	N/V	Burun
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun	N/V	Burun	N/V	N/V	Burun
Lumis™	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun	N/V	Burun	N/V	N/V	Burun

Cihaz	Pixi™	Mirage Kidsta™	Mirage Micro™	Mirage Vista™	Ultra Mirage II	Mirage	Mirage Activa™	Modular	Papillon™	Meridian
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	N/V	N/V	Burun	Burun	Burun Ultra	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun
S9 Escape™	N/V	N/V	Burun	Burun	Burun Ultra	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun
AutoSet CS™ 2	N/V	N/V	VISTA[1]	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	PAPILLON	VISTA
AutoSet CS™ (S9)	N/V	N/V	Burun	Burun	Burun Ultra	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun
AutoSet CS™ (S9 PaceWave) / AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Burun	Burun	Burun Ultra	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun
C-Series Tango™	N/V	N/V	N/V	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.						N/V
S7™ Lightweight	N/V	N/V	N/V	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.						N/V
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S7 AutoSet Respond™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	STANDARD	N/V
S8™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Vantage™	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Escape™	N/V	N/V	12 cm H2O'da basınç kalibrasyonu gerektirir. Doktorunuza danışın ve kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.							
S8 Escape™ II	N/V	N/V	12 cm H2O'da basınç kalibrasyonu gerektirir. Doktorunuza danışın ve kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.							
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	STANDARD	STANDARD	STANDARD
S8 Compact™	N/V	N/V	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.							
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ III ST-A	N/V	STANDARD	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	STANDARD	STANDARD	N/V	N/V
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ Adapt SV	N/V	N/V	VISTA[1]	VISTA	ULTRA	N/V	ACTIVA	N/V	N/V	VISTA
VPAP™ Adapt (S9)	N/V	N/V	Burun	Burun	Burun Ultra	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	N/V	N/V	Burun	Burun	Burun Ultra	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun
VPAP™ Malibu	N/V	N/V	MERIDIAN	VISTA	ULTRA	N/V	N/V	N/V	N/V	MERIDIAN
VPAP™ Auto 25	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
Auto 25 (S9)	N/V	N/V	Burun	Burun	Burun Ultra	N/V	Burun	Burun	Burun	STANDARD
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	N/V	STANDARD	STANDARD	ULTRA	MIRAGE	ACTIVA	N/V	N/V	STANDARD
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9) / VPAP™ ST-A (S9)	Pediatrik	N/V	Burun	Burun	Burun Ultra	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	Pediatrik	N/V	Burun	Burun	Burun Ultra	N/V	Burun	Burun	Burun	Burun
S9 VPAP™ Tx	Pediatrik	N/V	Burun	Burun	Burun Ultra	N/V	Burun	N/V	N/V	Burun
VPAP™ Tx	N/V	BURUN	BURUN	BURUN	BURUN-ULTRA	N/V	BURUN	N/V	N/V	BURUN
Stellar™	Pediatrik	BURUN	BURUN	BURUN	ULTRA	N/V	BURUN	N/V	N/V	N/V
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	✓	✓	✓	✓	N/V	✓	N/V	N/V	N/V
Astral™	Pediatrik	Burun	Burun	Burun	Burun Ultra	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V

N/V = Maske bu cihaz için doğrulanmamıştır.

✓ = Uyumlu X = Uyumlu Değil

Burun Yastıkları

Cihaz	AirFit™ P30i[1]	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
AirCurve™ 11 VAuto / AirCurve™ 11 S / AirCurve™ 11 ST	Yastıklar	X	Yastıklar[2]	N/V	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
AirCurve™ 11 ASV PaceWave	Yastıklar	X	Yastıklar[2]	N/V	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
AirSense™ 11	Yastıklar	X	Yastıklar	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
AirMini™	X	✓	X	X	X	X	X	X
AirStart™ 10 / AirSense™ 10	Yastıklar	X	Yastıklar[2]	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
AirCurve™ 10 VAuto / AirCurve™ 10 S / AirCurve™ 10 ST	Yastıklar	X	Yastıklar[2]	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
AirCurve™ 10 CS Pacewave	Yastıklar	X	Yastıklar[2]	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
AirCurve™ 10 CS-A Pacewave	N/V	X	Yastıklar[2]	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
Lumis™	Yastıklar[4]	X	Yastıklar[2]	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
S9 AutoSet™ / S9 Elite™	Yastıklar	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
S9 Escape™	Yastıklar	X	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
AutoSet CS™ 2	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
AutoSet CS™ (S9)	Yastıklar	X	Yastıklar[2]	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
AutoSet CS™ (S9 PaceWave)	Yastıklar	X	Yastıklar[2]	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
AutoSet CS-A™ (S9 PaceWave)	N/V	X	Yastıklar[2]	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
C-Series Tango™	N/V	X	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.					
S7™ Lightweight	N/V	X	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.					
S7 Elite™ / S7 AutoSet Spirit	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S7 AutoSet Respond™	N/V	X	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
S8™ Auto 25	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Vantage™	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Escape™	N/V	X	12 cm H2O'da basınç kalibrasyonu gerektirir. Doktorunuza danışın ve kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.					
S8 Escape™ II	N/V	X	12 cm H2O'da basınç kalibrasyonu gerektirir. Doktorunuza danışın ve kullanıcı kılavuzunu kontrol edin.					
S8 Elite™ / S8 Elite™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 AutoSet Spirit™ II	N/V	X	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
S8 Compact™	N/V	X	Ayar gerekmez. Farklı bir maske tipine geçmeden önce doktorunuza danışın.					
VPAP™ III / VPAP™ III ST	N/V	X	MIRAGE[2]	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ III ST-A	N/V	X	MIRAGE[2]	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE	MIRAGE
VPAP™ IV / VPAP™ IV ST	N/V	X	SWIFT[2]	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Adapt SV	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VPAP™ Adapt (S9)	Yastıklar	X	Yastıklar[2]	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
VPAP™ Adapt (S9 PaceWave)	Yastıklar	X	Yastıklar[2]	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
VPAP™ Malibu	N/V	X	SWIFT[2]	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ Auto 25	N/V	X	SWIFT[2]	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT

Cihaz	AirFit™ P30i[1]	AirFit™ P10 For AirMini™	AirFit™ P10 / AirFit™ P10 for Her	Mirage Swift™	Mirage Swift™ II	Swift™ FX / Swift™ FX for Her / Swift™ FX Bella / Swift™ FX Bella Gray	Swift™ LT	Swift™ LT for Her / Swift™ LT-F
Auto 25 (S9)	Yastıklar	X	Yastıklar[2]	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
VPAP™ S / VPAP™ ST	N/V	X	SWIFT[2]	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT	SWIFT
VPAP™ S (S9) / VPAP™ ST (S9)	Yastıklar	X	Yastıklar[2]	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
VPAP™ ST-A (S9)	N/V	X	Yastıklar[2]	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
VPAP™ ST (S9 iVAPS) / VPAP™ ST-A (S9 iVAPS)	N/V	X	Yastıklar[2]	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
S9 VPAP™ Tx	Yastıklar[3]	X	Yastıklar[2]	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar
VPAP™ Tx	N/V	X	YASTIKLAR[2]	YASTIKLAR	YASTIKLAR	YASTIKLAR	YASTIKLAR	YASTIKLAR
Stellar™	N/V	X	YASTIKLAR[1, 2]	YASTIKLAR[1]	YASTIKLAR[1]	YASTIKLAR[1]	YASTIKLAR[1]	YASTIKLAR[1]
VS Ultra™ / VS Integra™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
VS III™	N/V	X	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V	N/V
Astral™	N/V	X	N/V	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar	Yastıklar

[1] Bu maskeyi CPAP veya iki seviyeli cihazlarla kullanırken SmartStop açıklanan şekilde çalışmayabilir.

[2] AirFit P10 maskesi özellikle daha yüksek basınç desteklerinde çift aşamalı modlarda kullanıldığında tidal hacim/dakika ventilasyonu hassasiyetinde azalma görülebilir

[3] PAC ve iVAPS modları hariç. Sadece 4 - 25 cm H2O basınç aralığı için uyumludur.

[4] Bu maske ve cihaz kombinasyonu, basınç, hacim, dakikada ventilasyon, solunum hızı ve varsa alarmların izlenme doğruluğuna yönelik değerlendirmelere dayanarak kullanım açısından güvenli olarak tespit edilmiştir. Özellikle yüksek basınç veya akış durumlarında, performansta küçük değişimler gözlenebilir. Beklenen klinik uygulama gereği, ventilasyon ve alarmların etkililiğinin klinisyen tarafından doğrulanması gerekir.

N/V = Maske bu cihaz için doğrulanmamıştır.

✓ = Uyumlu X = Uyumlu Değil

MANUFACTURER
ResMed Pty Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Avustralya

Tüm dünyadaki diğer merkezler için ResMed.com sitesine bakın. Patent ve diğer fikri mülkiyet bilgisi için bakınız ResMed.com/ip. AirSense, AirCurve, AirStart, AcuCare, Lumis, AirFit, AirTouch, AirMini, S9, S9 AutoSet, S9 Elite, S9 Escape, AutoSet, Tango, S8, S8 AutoSet Vantage, S8 Escape, S8 Elite, S8 Compact, VPAP, VPAP Adapt SV, VPAP Tx, Stellar, Mirage, Mirage Micro, Mirage Vista, Mirage Kidsta, Ultra Mirage, Activa, Pixi, Swift, Mirage Swift, Quattro, Astral, Escape, Adapt SV, Kidsta, Vista, VS Ultra, VS Integra, VS III ve Papillon, ResMed şirketler grubunun ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. © 2023 ResMed. 1017551/19 2023-11

CE 0123