RESMED

Swift™ LT

SIERAINMASKI

Sovitusohje

- Pidä nenäkanyyleita nenää vasten ja vedä pääremmit pään yli.
- Pääremmien tulee kulkea korvien ja silmien puolivälissä.

- Säädä ylähihnoja vetämällä niitä tasaisesti, kunnes pääremmit istuvat mukavasti.
- Älä kiristä hihnoja liikaa.

- Toista vaihe 2 takahihnoille.
- Älä kiristä hihnoja liikaa.

- Aseta nenäkanyylit sovitussäädintä käyttäen sopivaan kulmaan.
- Liitä lyhyt Swift LT -ilmaletku laitteesta tulevaan ilmaletkuun.
- Laita laite päälle.

- Swift LT -nenäkanyylit on nyt säädetty sopiviksi ja valmiit käytettäviksi.

Vaihtoehtoinen kiinnitystapa

- Jos haluat sijoittaa letkun toisella tavalla, käytä letkun kiinnikettä.

- Kiinnitä kiinnike työntämällä se ylähihnojen solkeen.
- Kiinnitä kiinnikkeeseen joko lyhyt letkuosa tai laitteesta tuleva letku sen mukaan, kuinka kireällä tai löysällä haluat letkun olevan.
- Letku voidaan sijoittaa kasvojen jommallekummalle puolelle tai keskelle.
- Jos nenäkanyylit tuntuvat vetävän nenän kohdalta, säädä letkun paikkaa letkun kiinnikkeessä.

⚠ Tarkempia tietoja saat *Swift LT -nenäkanyylien käyttöohjeesta.*

ResMed Corp Poway, CA, USA +1 858 746 2400 tai 1 800 424 0737 (maksuton), ResMed Pty Ltd Bella Vista, NSW, Australia, +61 (2) 8884 1000 tai 1 800 658 189 (maksuton). Toimipaikat Alankomaissa, Brasiliassa, Espanjassa, Hong Kongissa, Intiassa, Isossa-Britanniassa, Itävallassa, Japanissa, Kiinassa, Malesiassa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Singaporessa, Suomessa, Sveitsissä, Uudessa-Seelannissa (tarkemmat tiedot nettisivuilta). Suojattu seuraavilla patenteilla: AU 785376, DE 20321468.4. DE 20321469.2, DE 20321470.6, DE 20321471.4, DE 20321472.2, EP 1314445, NZ 553756, NZ 553757, NZ 553822, NZ 553824, NZ 553825, US 6581594, US 6823865, US 7159587, US 7318437. Muita patentteja haetaan. Suojattu seuraavilla mallirekisteröinneillä: AU 301943, CN 200430102469.3, JP 1243026, NZ 407161, US D552731. Muita mallirekisteröintejä haetaan. Swift on ResMed Pty Ltd:n tavaramerkki ja Swift on rekisteröity Yhdysvalloissa. © 2008 ResMed. Tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. 1012490/1 08 04