RESMED

S9 AutoSet™ & S9 Elite™

POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICES

Welcome Guide

Deutsch

S9™ Series
More. Comfort.

S9™
Series
More. Comfort.

Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das S9 AutoSet bzw. S9 Elite Atemtherapiegerät entschieden haben. Bevor Sie diese Geräte in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die gesamte Einführung und das Informationshandbuch.

Das S9 Atemtherapiegerät im Überblick

Das S9 System besteht aus den folgenden Komponenten:

• S9 Atemtherapiegerät • SlimLine Atemschlauch • 90 W bzw. 30 W Netzgerät • S9 Reisetasche • SD-Karte • S9 SD-Kartenschutzumschlag.

Optionale Komponenten:

• H5i beheizbarer Atemluftbefeuchter • H5i Wasserkammer • Standardatemschlauch • ClimateLine beheizter Schlauch • ClimateLine^{MAX} beheizter Schlauch • 90 W Netzgerät • 30 W Netzgerät (unterstützt nicht den H5i) • Power Station II akkupack • DC/DC-Wandler 24 V/90 W.

Tipps für unterwegs

Nur beim Verreisen mit dem S9 Atemtherapiegerät:

- In diesem Fall müssen Sie entweder den SlimLine- oder den Standardschlauch einpacken, da das ClimateLine bzw. ClimateLine^{MAX} beheizbare Schlauchsystem nicht direkt an das S9 Atemtherapiegerät angeschlossen werden kann.
- Stellen Sie auch sicher, dass Sie ein Netzkabel kaufen und mitnehmen, das für die Region, in der Sie das S9 Atemtherapiegerät verwenden möchten, geeignet ist.



Setup

1. Schließen Sie den Gleichstromstecker des Netzgerätes hinten an das S9 Atemtherapiegerät an.
2. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzgerät an.
3. Stecken Sie das freie Ende des Netzkabels in die Steckdose.
4. Schließen Sie ein Ende des Atemschlauches fest an die Luftauslassöffnung an.
5. Verbinden Sie nun das Maskensystem mit dem freien Ende des Atemschlauches.

Hinweise:

- *Weitere Informationen zum Zusammenbau der Maske finden Sie in der Gebrauchsanweisung Ihrer Maske.*
- *Die empfohlenen Masken finden Sie unter www.resmed.com auf der Produktseite unter Service und Support.*

Grundfunktionen des S9 Atemtherapiegerätes

*Die Menüs „Info“ und „Setup“ sind nicht zugänglich, wenn S9 Essentials von Ihrem Arzt aktiviert wurde.

Einstellung der Rampenzeit

Die Rampenzeit ermöglicht einen besonders angenehmen Therapiestart. Sie beschreibt den Zeitraum, in dem der Druck von einem niedrigen Anfangsdruck auf den Behandlungsdruck ansteigt. Einstellung der Rampenzeit:



1. Drehen Sie vom Startbildschirm aus , bis der Bildschirm RAMPE blau erscheint.



2. Drücken Sie auf . Die Auswahl wird in orange hervorgehoben.



3. Drehen Sie , bis die gewünschte Rampenzeit angezeigt wird.



4. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

Die Maskenanlegefunktion

Die Maskenanlegefunktion hilft bei der korrekten Anpassung der Maske. Diese Funktion sorgt dafür, dass Ihnen bereits vor Behandlungsbeginn für drei Minuten der Therapiedruck zugeführt wird, um Ihnen Zeit zu geben, den Maskensitz zu korrigieren und so Leckagen zu minimieren.

1. Legen Sie Ihre Maske entsprechend den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung für die Maske an.
2. Drücken und halten Sie von der Startseite aus drei Sekunden lang. Es erscheint einer der folgenden MASKENSITZ Bildschirme:



3. Korrigieren Sie gegebenenfalls den Sitz Ihrer Maske, des Maskenkissens und der Kopfbänder, bis die Maske sicher und bequem sitzt. Nach drei Minuten beginnt die Behandlung mit dem eingestellten Druck. Die Maskenanlegefunktion kann jederzeit durch Drücken von beendet werden.

S9 Essentials

S9 Essentials soll Ihnen den Umgang mit dem Gerät und die Navigation in den Menüs erleichtern. Wenn der Arzt S9 Essentials aktiviert hat, sind die Funktionen unter „Info“ und „Setup“ nicht zugänglich, sodass Sie die Therapie einfach starten und beenden sowie Rampe, Befeuchtung und Climate Control einstellen können.

Die Auswahl des Maskentyps*

Auswahl des Maskentyps:



1. Drücken Sie . Es erscheint der Bildschirm EINSTELLUNGEN.

2. Drehen Sie , bis „Maske“ in blau erscheint.

3. Drücken Sie . Die Auswahl wird in orange hervorgehoben.



4. Drehen Sie , bis die gewünschte Maskeneinstellung angezeigt wird.



5. Drücken Sie , um Ihre Auswahl zu bestätigen.

6. Drücken Sie , um zum Startbildschirm zurückzukehren.

**Wenn S9 Essentials von Ihrem Arzt aktiviert wurde, ist die Auswahl des Maskentyps nicht möglich.*

Erste Schritte

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
2. Ändern Sie bei Bedarf die Rampenzeit.
3. Legen Sie Ihre Maske entsprechend den Anweisungen in der Gebrauchsanweisung Ihrer Maske an.
4. Um die Behandlung zu starten, atmen Sie ganz einfach in Ihre Maske und/oder drücken Sie ⏻.
5. Legen Sie sich hin und platzieren Sie den Atemschlauch so, dass Sie beim Schlafen nicht in Ihrer Bewegungsfreiheit gestört werden.
6. Sie können die Behandlung jederzeit unterbrechen, indem Sie die Maske abnehmen und/oder ⏻ drücken.

Hinweise:

- *Hat Ihr Arzt SmartStart aktiviert, startet die Druckzufuhr automatisch, sobald Sie in die Maske atmen, und stoppt automatisch, sobald Sie diese abnehmen.*
- *Nach Beginn der Behandlung erscheint ein Behandlungsbildschirm.*
- *Im Fall eines Stromausfalls während der Behandlung wird die Behandlung nach der Wiederherstellung der Stromversorgung automatisch wieder begonnen.*

Reinigung und Instandhaltung

Pflegeanweisungen für Ihre Maske und Ihren Atemluftbefeuchter finden Sie in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen dieser Produkte.

Täglich

Nehmen Sie den Atemschlauch ab, indem Sie am Griffprofil der Manschette ziehen. Hängen Sie ihn bis zum nächsten Gebrauch an einem sauberen, trockenen Ort auf.

Hinweise:

- *Der Atemschlauch darf nicht in direktem Sonnenlicht aufgehängt werden, da Sonnenlicht das Material verhärten und langfristig Risse verursachen kann.*
- *Der Atemschlauch darf nicht in der Wasch- oder Geschirrspülmaschine gewaschen werden.*

Wöchentlich

1. Nehmen Sie den Atemschlauch vom S9 Atemtherapiegerät und von der Maske ab.
2. Waschen Sie den Atemschlauch in warmem Wasser mit einem milden Reinigungsmittel.
3. Spülen Sie ihn gut ab und lassen Sie ihn hängend trocknen.
4. Schließen Sie den Atemschlauch vor dem nächsten Gebrauch wieder an der Luftauslassöffnung und der Maske an.

Monatlich

1. Reinigen Sie das Gehäuse des S9 Atemtherapiegerätes mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
2. Wechseln Sie den Luftfiltereinsatz aus (s.u.). Wechseln Sie gegebenenfalls den Luftfilter aus.

Auswechseln des Luftfilters

Wechseln Sie den Luftfilter monatlich (oder bei Bedarf öfter) aus.

1. Entfernen Sie die Luftfilterabdeckung hinten am S9 Atemtherapiegerät.
2. Entfernen und entsorgen Sie den alten Luftfiltereinsatz.
3. Setzen Sie einen neuen Filter von ResMed ein. Stellen Sie dabei sicher, dass er flach in der Luftfilterabdeckung sitzt.
4. Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder an.

Hinweise:

- *Vergewissern Sie sich stets, dass Luftfilter und Luftfilterabdeckung ordnungsgemäß angebracht sind.*
- *Den Luftfilter nicht waschen! Der Luftfilter ist weder waschbar noch wiederverwendbar.*

SD-Karte

Die bereitgestellte SD-Karte ermöglicht das Zusammentragen von Therapiedaten aus Ihrem S9 Atemtherapiegerät sowie die Aktualisierung von Geräteeinstellungen durch Ihren Arzt. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, trennen Sie das S9 Atemtherapiegerät von der Netzversorgung, entnehmen Sie die SD-Karte, stecken Sie sie in den Schutzumschlag und schicken Sie sie an Ihren Arzt.

Herausnehmen der Karte

1. Drücken Sie leicht gegen die Karte, um sie herauszuholen.
2. Nehmen Sie die Karte heraus.
3. Legen Sie die Karte in den Schutzumschlag.
4. Schicken Sie Schutzumschlag gemäß den Anweisungen an Ihren Arzt.

Weitere Informationen zum Entnehmen und Einführen der SD-Karte finden Sie auf dem im Lieferumfang Ihres Atemtherapiegerätes enthaltenen Schutzumschlag der S9 SD-Karte. Bewahren Sie den Schutzumschlag der S9 SD-Karte zum zukünftigen Gebrauch auf.

1.

2.

3.

4.

Hinweise:

- *Informationen zur Fehlersuche finden Sie im Informationshandbuch.*
- *Weitere Produktinformationen finden Sie unter www.resmed.com.*

S9™
Series
More. Comfort.

368868/4 2017-10
S9 Series
AutoSet & Elite
WELCOME
EUR - GER

Manufacturer: ResMed Pty Ltd 1 Elizabeth Macarthur Drive Bella Vista NSW 2153 Australia.

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide.

For patent information, see www.resmed.com/ip.

S9, AutoSet, S9 Elite, H5i, ClimateLine, SlimLine and SmartStart are trademarks of ResMed Pty Ltd. S9, AutoSet, H5i, ClimateLine and SlimeLine are registered in U.S. Patent and Trademark Office.
© 2017 ResMed.

CE 0123